

Příloha Smlouvy o dodávce

na dodání 45 ks pasívních, antidekubitních, zdravotních, pěnových matrací s potahy.

Specifikační požadavky:

Matrace:

- počet 45 ks ve třech šířkách
 - počty a rozměry matrací (d x š x v):
 - 1 ks 200 x 80 x 14/15,
 - 20 ks 200 x 85 x 14/15,
 - 24 ks 200 x 90 x 14/15.

Požadované vlastnosti:

- pro uživatele s vysokým rizikem vzniku dekubitů (IV. stupeň rizika)
- objemová hmotnost: minimálně 60 kg/m³
- tvrdost matrace (pěny): minimálně 3,5 kPa
- vícezonové a vrstvené jádro,
- nosnost: minimálně 150 kg,
- zpevněné okraje – pro časté sezení na boku lůžka a opora při vstávání/ulehání,
- klinicky testované,
- deklarovaná antialergičnost,
- MDR certifikace.

Potah:

- počet 45 ks

Požadované vlastnosti:

- jednoduché sejmutí z matrace,
- pružnost v celém rozsahu,
- omyvatelnost a pratelnost na vysoké teploty: 90 °C,
- stálobarevnost,
- paroprodyšnost a vodoodpudivost,
- odolnost proti působení tělních tekutin,
- deklarovaná antialergičnost a antibakteriálnost,
- ošetřování běžnými dezinfekčními prostředky.

Požadovaná záruka na matraci i potah: minimálně 24 měsíců.

Dodací podmínky: dodání celkového množství matrací do 30.12.2025 na adresu objednavatele.
Celkové množství požadujeme dodat nejlépe ve třech závozech, např. 15 ks/závoz/den.